n°. 37.

~~10~~.

Le Pessaire dont le jugement m'a eté confié par l'Academie, est fait, au rapport de l'Auteur, suivant le modele de celui de M. Tenon, a quelques changements prés qu'il a cru necessaires.

La plaque est de liege, evuidée, de figure ovale portant quatorze lignes de largeur, sur dix de longueur.

Les branches composées de fil d'archal, capable consequemment d'élasticité, plié et fixé circulairement par une ligature de chanvre sur les deux bouts de la plaque ou il est enfoncé, sont trés etroites dans leur principe, et laissent prés d'un pouce de vuide vers leur extremité qui se termine en segment de cercle.

La plaque du Pessaire de M. Tenon est d'acier ou de fer de bonne trempe, large de huit lignes et longue de dix: les branches sont de même matiere, elastiques, poliës, longues de deux pouces,

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 39 n° 96

et larges de cinq lignes vers le bout qui —
soutient la plaque, et de six a sept, a celui
qui y est opposé, et qui decrit aussi un segment
de cercle au dessus duquel M. Tenon a jugé,
a propos de pratiquer plusieurs trous dont l'usage
est de fixer un fil qui y passe, pour retirer
plus facilement l'instrument, au besoin. M.
Tenon ne l'introduit qu'aprés l'avoir trempé —
plusieurs fois dans la cire liquide afin de
deffendre par le moïen des couches de cette matiere,
plus ou moins multipliées suivant les circonstances,
le col de la matrice reduit et soutenu par la
plaque, et les cotés du vagin sur lesquels —
l'extremité des branches est appuïée, sans les
offenser.

Le volume de la plaque de liege me paroit
trop etendu, et entrainer aprés soi plusieurs
inconvenients.

1°. la difficulté de l'introduire.

2°. le desagrément de la malpropreté.

3°. le danger de l'irritation des parties quelle touche.

Au Surplus, l'étendue et l'écartement des branches dans les cas ou la plaque Seroit pratiquable (ce qui ne pouroit avoir lieu que chez les — femmes dont le vagin presenteroit un diametre enorme tant a Son entrée que dans le reste de Sa capacité) causeroient d'abord une incommodité qui bientot degenereroit en douleur. je ne pense pas même que les endroits de la parois de cette cavité Sur lesquels, ces branches Seroient appuiées, pussent S'échaper au dechirement et a d'autres accidents tels que les ulceres dont les bords — pourroient devenir durs et calleux, accidents, dont l'introduction du Pessaire de M. Tenon ne me paroit pas devoir être Suivie.

Cet essai proposé a l'Academie me Semble être la Suite de l'émulation d'un disciple qui a imparfaitement imité le moïen avantageux

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

perfectionné par son maitre, et rendu, ainsi, plus ~~propre~~ commode et plus propre a retenir la matrice dans son etat naturel, que tous ceux qui ont paru jusques ici; sans avoir reflechi aux suittes facheuses qui pourroient en resulter. je ne le crois pas, consequemment admissible. a Paris le 22 Mai 1768. Le Bas.